



Rio de Janeiro, 27 de Setembro de 2018

Ref.: Obsolescência BACT/ALERT® 3D 60

Prezado cliente bioMérieux

Comunicamos que o equipamento BACT / ALERT® 3D 60 (REF 248009) será descontinuado em 31 de dezembro de 2018. Após essa data, a bioMérieux não produzirá para venda novos instrumentos com este design.

Como compromisso com nossos clientes atuais, continuaremos a dar suporte aos instrumentos com serviço técnico e científico, atualizações de software e peças de reposição até **2026**.

Para as suas futuras necessidades de automação em Hemocultura com equipamentos novos, a partir de Janeiro de 2019, orientaremos a utilização do BACT / ALERT® 3D Combo (120 posições).

Este instrumento tem a mesma operacionalidade e facilidade de uso que o BACT / ALERT® 3D 60, mas com o dobro da capacidade, permitindo futuros testes adicionais.

O sistema BACT / ALERT® 3D Combo também tem a capacidade de se conectar diretamente a um LIS ou através do *middleware* MYLA®.



Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários pelo e-mail marcus-vinicius.santos@biomerieux.com ou telefone 0800 0 26 48 48.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius Portes Santos
Microbiologia Clínica - Marketing

bioMérieux Brasil Industria e Comércio de Produtos Laboratoriais LTDA